



Meditech Europe

Manual de usuario

Swing Zapper (Básico / Completo / Pulso)



Traducción del manual original
Versión ES V2 2024/04



Meditech Europe

Live in Harmony

Datos del proyecto : noviembre 2023

Nombre comercial : Meditech Europe B.V.
Nombre del producto : Swing Zapper
Modelo : Básico, Completo, Pulso
Potencia : 3 V (2 pilas de 1,5 V)

Fabricante : Meditech Europe B.V.
Autor : J.K.

Dirección : Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Países Bajos
Teléfono: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

IVA NL859592480B01

Índice de revisión : V2
Fecha de revisión : 2024/04



Índice

1	Acerca de este manual de usuario	5
1.1	General.....	5
1.2	Señales de advertencia.....	5
2	Normas generales de seguridad	6
2.1	Principios	6
2.2	Uso previsto.....	6
2.3	Selección y cualificación del personal	6
2.4	Normas de seguridad	7
2.5	Medidas de emergencia	7
3	Contenido del suministro	8
4	Descripción técnica	9
4.1	Resumen	9
4.2	Placa de características	9
5	Transporte	10
5.1	Antes del transporte	10
5.2	Transportar el dispositivo	10
5.3	Desembalar el dispositivo	10
6	Funcionamiento del dispositivo	11
6.1	Funcionamiento del dispositivo	11
6.2	Sustituir las pilas.....	11
7	Asistencia en caso de avería	12
8	Desechar el producto	13
8.1	Eliminación y reciclaje	13



9	Garantía	14
10	Declaración de conformidad CE.....	15



1 Acerca de este manual de usuario

Es importante leer este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo Swing Zapper por primera vez. Asimismo, se recomienda su lectura a los técnicos autorizados que realicen trabajos en el dispositivo. En caso de dudas, póngase en contacto con Meditech Europe.

Preste especial atención al capítulo 2 "Normas generales de seguridad".

1.1 General

Las instrucciones de este manual tienen por objeto familiarizarle con el dispositivo Swing Zapper y garantizar que pueda aprovechar al máximo las funciones del mismo.

Este manual de usuario contiene información importante para el funcionamiento y uso seguro y correcto del Swing Zapper. De este modo:

- Se evitan peligros
- Se evitan costes de reparación y fallos del dispositivo
- Se aumenta la fiabilidad y la vida útil del producto

Estas instrucciones deben ser leídas y aplicadas por cualquier persona autorizada para realizar trabajos en el dispositivo Swing Zapper y que tenga más de 18 años.

Además de este manual de usuario, también se deben respetar las normas de prevención de accidentes y protección del medio ambiente vigentes en el país de uso y el lugar de aplicación.

1.2 Señales de advertencia



Radiación no ionizante

Esto significa que el dispositivo emite radiación de baja intensidad procedente de ondas de radio y radiofrecuencias.



2 Normas generales de seguridad

2.1 Principios

En caso de duda, póngase siempre en contacto con Meditech Europe.

No abra el dispositivo Swing Zapper. Sólo los especialistas de Meditech Europe pueden hacerlo. La garantía queda invalidada si el dispositivo es abierto por cualquier persona que no sea especialista de Meditech Europe.

No utilice nunca el dispositivo Swing Zapper en espacios húmedos como, por ejemplo, el cuarto de baño. Evite el calor y el frío.

El dispositivo Swing Zapper es un aparato que crea frecuencias. No es un dispositivo médico. No se puede derivar ningún derecho del uso del Swing Zapper ni se puede hacer ninguna reclamación como resultado de su uso. El uso del dispositivo Swing Zapper corre por cuenta y riesgo del usuario.

Limpieza del Swing Zapper: utilice un paño seco. En caso de manchas difíciles, se puede utilizar un paño húmedo. Asegúrese de que el compartimiento de las pilas no se moje.

En caso de dudas sobre el uso del dispositivo Swing Zapper, póngase siempre en contacto con Meditech Europe BV llamando al número de teléfono:

0031 (0)527 292331 o enviando un correo electrónico a:
info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o abusivo o por cualquier daño causado por un uso distinto al descrito en este manual. En caso de litigio, se aplicará la ley neerlandesa.

2.2 Uso previsto

El dispositivo Swing Zapper es un aparato que crea frecuencias.

2.3 Selección y cualificación del personal

El dispositivo Swing Zapper es fabricado para Meditech Europe en Emmeloord (Países Bajos). Meditech Europe trabaja exclusivamente con fabricantes competentes y certificados.



2.4 Normas de seguridad

No utilice el dispositivo Swing Zapper si está embarazada. Tampoco utilice el Swing Zapper si tiene un marcapasos, un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) o una bomba de insulina.

Utilice el dispositivo siempre en una estancia seca.

Asegúrese de que la unidad Swing Zapper no entre en contacto con fuentes de calor como chimeneas, estufas de gas, llamas abiertas, etc.

En caso de daños, el producto debe ser reparado por Meditech Europe.

2.5 Medidas de emergencia

En caso de incendio, utilice un extintor adecuado para dispositivos electrónicos.



3 Contenido del suministro

1x Swing Zapper

2x AA pilas

Disponible en varios modelos. En el sitio web de Meditech Europe encontrará imágenes de los distintos modelos.

www.meditechurope.nl



4 Descripción técnica

4.1 Resumen

El dispositivo Swing Zapper crea frecuencias.

4.2 Placa de características



Fig. 4.2 Placa de características

Proveedor	: Meditech Europe B.V.
Datos	: Tipo y potencia
Número de lote	: Único por lote



5 Transporte

Trate el dispositivo Swing Zapper siempre con cuidado.

5.1 Antes del transporte

Meditech Europe embala el dispositivo cuidadosamente antes de ser transportado o recogido.

5.2 Transportar el dispositivo

El dispositivo Swing Zapper se debe transportar en un embalaje de protección.

5.3 Desembalar el dispositivo

Desembale el dispositivo Swing Zapper con cuidado, sin utilizar herramientas afiladas. Es un producto frágil, así que evite posibles caídas.



6 Funcionamiento del dispositivo

6.1 Funcionamiento del dispositivo

Inserte 2 pilas AA.

Conecte los electrodos de varilla/placa al Swing Zapper utilizando los cables (rojo a la izquierda y negro a la derecha).

Coloque el dispositivo en una superficie estable, seca y no resbaladiza.

1. Sitúe los electrodos de varilla/placa en la posición correcta y pulse ON.
2. El Swing Zapper está en funcionamiento cuando la luz parpadea.
3. El dispositivo completa automáticamente un programa de siete minutos.
4. Transcurridos siete minutos se apaga automáticamente.

A continuación, espere 20 minutos.

Después de estos 20 minutos, comience de nuevo con los pasos 1 + 2 + 3 + 4.

A continuación, vuelva a hacer un descanso de 20 minutos.

Por tercera vez, comience con los pasos 1 + 2 + 3 + 4.

Después de la tercera vez, el programa habrá terminado.

Al principio, repita este proceso todos los días. Después de una semana, puede pasar a cada dos días.

6.2 Sustituir las pilas

Abra la tapa de la parte posterior del dispositivo y cambie las pilas. Compruebe que las pilas están insertadas correctamente, con el + y - en la posición correcta. Vuelva a colocar la tapa en la parte posterior.



7 Asistencia en caso de avería

Si el dispositivo no funciona siguiendo los pasos mencionados en el capítulo 6, es posible reiniciarlo. Retire las pilas del dispositivo y comience de nuevo siguiendo los pasos mencionados en el capítulo 6.



8 Desechar el producto

8.1 Eliminación y reciclaje

Póngase en contacto con Meditech Europe para la eliminación y el reciclaje del dispositivo Swing Zapper. Meditech Europe se hace cargo de todos los productos para su eliminación y reciclaje de acuerdo con la normativa medioambiental.

Si desea desechar el producto usted mismo, póngase en contacto con las autoridades locales.



9 Garantía

Meditech Europe concede una garantía de 2 años para el dispositivo Swing Zapper.

La garantía queda invalidada si el dispositivo es abierto por cualquier persona que no sea especialista de Meditech Europe, o en caso de uso inadecuado.

Meditech Europe no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o abusivo o por cualquier daño causado por un uso distinto al descrito en este manual.

Dirección de servicio

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Países Bajos


Teléfono: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



10 Declaración de conformidad CE

 Meditech Europe			
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE			
Esta declaración se presenta bajo la plena responsabilidad del fabricante			
FRABICANTE			
Nombre del fabricante:	Meditech Europe		
Dirección completa:	Daalder 14		
Código postal:	8305 BE		
Localidad:	Emmeloord		
País:	Los Países Bajos		
Persona facultada para reunir el expediente técnico:	Dña. J. Kraaij / Operationeel Directeur		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA			
Denominación genérica:	Swing Zapper		
Función:	El Swing Zapper es un dispositivo que crea frecuencias.		
Tipo :	500060		
Denominación comercial:	Swing Zapper		
CONFORMIDAD			
El fabricante declara que la máquina antes mencionada es conforme con todas las disposiciones aplicables de			
la Directiva 2011/65/UE relativa a RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) y la Directiva delegada (UE) 2015/863			
Para lo cual se han aplicado las siguientes normas de armonización y , si procede, normas y especificaciones técnicas.			
EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 /A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 /AC:2016			
Localidad:	Emmeloord Los Países Bajos	Nombre:	D. R. Frankhuisen
		Cargo:	Propietario
Fecha:	1 de febrero de 2024	Firma:	