




Meditech Europe

Εγχειρίδιο χρήσης

Swing Zapper

(Βάση/ Πλήρης/ Παλμός)



Μετάφραση Αρχικό εγχειρίδιο
Έκδοση GR V3 2025/07



Meditech Europe

Live in Harmony

Στοιχεία του έργου : Ιούλιος 2025

Εμπορική Επωνυμία : Meditech Europe B.V.
Όνομα προϊόντος : Swing Zapper
Τύπος : (Βάση, Πλήρης, Παλμός)
Ισχύς : 3 V (2x 1,5 V μπαταρία)

Κατασκευαστής : Meditech Europe B.V.
Συντάκτης : J.K

Διεύθυνση : Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Κάτω Χώρες
Τηλέφωνο: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

AΦΜ NL859592480B01

Δείκτης αναθεώρησης : V3
Ημερομηνία αναθεώρησης : 2025/07



Περιεχόμενο

1	Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.....	5
1.1	Γενικά.....	5
1.2	Προειδοποιητικά σήματα	5
2	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	6
2.1	Αρχές	6
2.2	Προβλεπόμενη χρήση	6
2.3	Επιλογή και προσόντα του προσωπικού.	6
2.4	Προδιαγραφές ασφαλείας	7
2.5	Μέτρα έκτακτης ανάγκης	7
3	Περιεχόμενο συσκευασίας παράδοσης	8
4	Τεχνική περιγραφή	9
4.1	Επισκόπηση	9
4.2	Πινακίδα τύπου	9
5	Μεταφορά	10
5.1	Πριν από τη μεταφορά.....	10
5.2	Μεταφορά του προϊόντος	10
5.3	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	10
6	Χειρισμός της συσκευής.....	11
6.1	Χειρισμός της συσκευής	11
6.2	Αντικατάσταση μπαταριών	11
7	Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης.....	12
8	Θέση εκτός λειτουργίας.....	13
8.1	Απόρριψη και ανακύκλωση	13



9	Εγγύηση	14
10	ΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ.....	15



1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να διαβαστεί πριν χρησιμοποιήσετε το Swing Zapper για πρώτη φορά ή όταν εκτελείτε εργασίες σε αυτό ως εξουσιοδοτημένος τεχνικός. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Meditech Europe.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο 2 «Γενικές οδηγίες ασφαλείας».

1.1 Γενικά

Οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου έχουν ως στόχο να σας εξοικειώσουν με το Swing Zapper και να διασφαλίσουν ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες του προϊόντος.

Το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σημαντικές σημειώσεις για την ασφαλή και σωστή χρήση του Swing Zapper. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ότι:

- Αποφεύγονται οι κίνδυνοι
- Αποφεύγονται τα έξοδα επισκευής και η αστοχία της συσκευής
- Αυξάνεται η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής του προϊόντος

Οι παρούσες οδηγίες πρέπει να διαβάζονται και να εφαρμόζονται από κάθε άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί εργασίες στο Swing Zapper και είναι άνω των 18 ετών.

Εκτός από τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, πρέπει να τηρούνται επίσης οι κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν στην εκάστοτε χώρα χρήσης και τοποθεσίας.

1.2 Προειδοποιητικά σήματα



Μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν εκπέμπει ακτινοβολία χαμηλής ενέργειας από ραδιοκύματα και ραδιοσυχνότητες.



2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1 Αρχές

Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνείτε πάντα με την Meditech Europe.

Μην ανοίγετε το Swing Zapper. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο από έναν ειδικό της Meditech Europe. Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν το προϊόν ανοιχτεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ειδικούς της Meditech Europe.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το Swing Zapper σε χώρους με υγρασία, όπως το μπάνιο. Αποφύγετε τη ζέστη και το κρύο.

Το Swing Zapper είναι μια συσκευή που δημιουργεί συχνότητες. Δεν αποτελεί ιατρική συσκευή. Δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα από τη χρήση του Swing Zapper, ούτε μπορούν να διατυπωθούν αξιώσεις ως αποτέλεσμα της χρήσης του. Η χρήση του Swing Zapper γίνεται εξ ολοκλήρου με ευθύνη και έξοδα του χρήστη.

Καθαρισμός του Swing Zapper: χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Για επίμονους λεκέδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υγρό πανί. Προσέξτε να μην βραχεί η θήκη της μπαταρίας.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση του Swing Zapper, επικοινωνείτε πάντα με την Meditech Europe στον αριθμό τηλεφώνου: 0031 (0)527 292331 ή στο e-mail: info@meditecheurope.nl.

Η Meditech Europe δεν ευθύνεται για κακή χρήση, λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Σε περίπτωση διαφορών, ισχύει το ολλανδικό δίκαιο.

2.2 Προβλεπόμενη χρήση

Το Swing Zapper είναι μια συσκευή που δημιουργεί συχνότητες.

2.3 Επιλογή και προσόντα του προσωπικού.

Το Swing Zapper κατασκευάστηκε για την Meditech Europe στο Emmeloord (NL). Η Meditech Europe χρησιμοποιεί μόνο αρμόδιους και πιστοποιημένους κατασκευαστές.



2.4 Προδιαγραφές ασφαλείας

Μην χρησιμοποιείτε το Swing Zapper εάν είστε έγκυος. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε το Swing Zapper εάν έχετε βηματοδότη, εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα απινιδωτή (ICD) ή αντλία ινσουλίνης.

Χρησιμοποιείτε πάντα το Swing Zapper σε στεγνό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι το Swing Zapper δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας, όπως τζάκια, σόμπες αερίου, ανοιχτές φλόγες κ.λπ.

Εάν το προϊόν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να επισκευαστεί από την Meditech Europe.

2.5 Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Όταν ξεσπάσει πυρκαγιά, χρησιμοποιήστε έναν πυροσβεστήρα κατάλληλο για ηλεκτρονικό εξοπλισμό.



3 Περιεχόμενο συσκευασίας παράδοσης

1x Swing Zapper

Διατίθεται σε διάφορους τύπους. Οι εικόνες των διαφόρων τύπων παρατίθενται στον ιστότοπο της Meditech Europe.

www.meditech europe.nl



4 Τεχνική περιγραφή

4.1 Επισκόπηση

Το Swing Zapper δημιουργεί συχνότητες.

4.2 Πινακίδα τύπου



Εικ. 4.2 Πινακίδα τύπου

Προμηθευτής	: Meditech Europe B.V.
Στοιχεία	: Τύπος και ισχύς
Αριθμός παρτίδας	: Μοναδικός ανά παρτίδα



5 Μεταφορά

Πρέπει να χειρίζεστε το Swing Zapper με προσοχή.

5.1 Πριν από τη μεταφορά.

Η Meditech Europe συσκευάζει προσεκτικά το Swing Zapper όταν πρόκειται να μεταφερθεί ή να συλλεχθεί.

5.2 Μεταφορά του προϊόντος

Το Swing Zapper πρέπει να μεταφέρεται στην προστατευμένη συσκευασία του.

5.3 Αποσυσκευασία της συσκευής

Το Swing Zapper θα πρέπει να αποσυσκευάζεται προσεκτικά, χωρίς τη χρήση αιχμηρών εργαλείων. Μην αφήσετε τη συσκευή να πέσει, είναι εύθραυστη.



6 Χειρισμός της συσκευής

6.1 Χειρισμός της συσκευής

Τοποθετήστε μπαταρία 2 AA.

Συνδέστε τα ηλεκτρόδια ραβδιού/πλάκας στο Swing Zapper χρησιμοποιώντας τα καλώδια (κόκκινο αριστερά και μαύρο δεξιά).

Τοποθετήστε το Swing Zapper σε μια σταθερή, στεγνή, όχι πολύ ολισθηρή επιφάνεια.

1. Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια ραβδιού/πλάκας στη σωστή θέση και πατήστε το ON.
2. Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, το Swing Zapper βρίσκεται σε λειτουργία.
3. Το Swing Zapper ολοκληρώνει αυτόματα ένα πρόγραμμα διάρκειας επτά λεπτών.
4. Μετά από επτά λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

Στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένετε για 20 λεπτά.

Μετά από 20 λεπτά, ξεκινήστε ξανά με τα βήματα 1 + 2 + 3 + 4.

Μετά από αυτό, κάντε και πάλι ένα διάλειμμα 20 λεπτών.

Για τρίτη φορά, ξεκινήστε με τα βήματα 1 + 2 + 3 + 4.

Μετά την τρίτη φορά, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

Επαναλάβετε κάθε μέρα στην αρχή. Μετά από μια εβδομάδα μπορεί να πάει σε κάθε δεύτερη μέρα.

6.2 Αντικατάσταση μπαταριών

Ανοίξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του Swing Zapper και αντικαταστήστε την μπαταρία. Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά, τα + και - στη σωστή θέση. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος.



7 Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί μετά τα βήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6, μπορεί να γίνει επαναφορά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή και ξεκινήστε ξανά ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.



8 Θέση εκτός λειτουργίας

8.1 Απόρριψη και ανακύκλωση

Επικοινωνήστε με τη Meditech Europe για την απόρριψη και την ανακύκλωση του Swing Zapper. Η Meditech Europe δέχεται με χαρά όλα τα προϊόντα για διάθεση και ανακύκλωση σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές εάν εσείς, ο χρήστης, επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν μόνοι σας.



9 Εγγύηση

Η Meditech Europe παρέχει εγγύηση 2 ετών για το Swing Zapper.

Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν η συσκευή ανοιχτεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ειδικούς της Meditech Europe, ή σε περίπτωση μη ορθής χρήσης.

Η Meditech Europe δεν ευθύνεται για κακή χρήση, λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Διεύθυνση επισκευής

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Κάτω Χώρες

Τηλέφωνο: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



10 ΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Η παρούσα δήλωση εκδόθηκε με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Όνομα επιχείρησης:	Meditech Europe
Πλήρης διεύθυνση:	
Ταχυδρομικός κώδικας:	Daalder 14 8305 BE
Τόπος:	Emmeloord
Χώρα:	Κάτω Χώρες
Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συντάσσει τον τεχνικό φάκελο:	Κυρία J. Kraaij / Επιχειρησιακός διευθυντής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Γενική ονομασία:	Swing Zapper
Λειτουργία:	Το Swing Zapper είναι μια συσκευή που δημιουργεί συχνότητες.
Τύπος:	500060
Εμπορική ονομασία:	Swing Zapper

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το ανωτέρω μηχάνημα συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις της

Οδηγία RoHS 2011/65/EE & κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2015/863

Στα οποία έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα και, κατά περίπτωση, τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές

EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 /A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 /AC:2016

Τοποθεσία:	Emmeloord Ολλανδία	Όνομα:	R. Frankhuisen
		Θέση:	Ιδιοκτήτης
Ημερομηνία:	1 Φεβρουαρίου 2024	Υπογραφή	