



Meditech Europe

Bruksanvisning

Dual Earth Frequency Generator (DEFG)



Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen
Version SE V3 2024/04



Meditech Europe

Live in Harmony

Projektinformation : oktober 2023

Företagsnamn : Meditech Europe B.V.
Produktnamn : Dual Earth Frequency Generator (DEFG)
Typ : 500059
Effekt : 3 V (2 x 1,5 V batterier)

Tillverkare : Meditech Europe B.V.
Upphovsman : J.K

Adress : Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Nederländerna
Telefon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

VAT NL859592480B01

Revisionsindex : V3
Revisionsdatum : 2024/04



Innehåll

1	Om den här bruksanvisningen	5
1.1	Allmänt.....	5
1.2	Varningsskyltar	5
2	Allmänna säkerhetsföreskrifter	6
2.1	Principer.....	6
2.2	Avsedd användning.....	6
2.3	Urval och kvalificering av personal	6
2.4	Säkerhetsåtgärder	6
2.5	Åtgärder vid nödsituationer	7
3	Leveransen omfattar	8
4	Teknisk beskrivning.....	9
4.1	Översikt.....	9
4.2	Typplåt	9
5	Transport.....	10
5.1	Före transport	10
5.2	Transportera apparaten.....	10
5.3	Packa upp apparaten	10
6	Använda apparaten	11
6.1	Använda apparaten	11
6.2	Byta batterier	11
7	Felsökning.....	12
8	Kassering	13
9	Garanti	14



10 EG-försäkrans om överensstämmelse15



1 Om den här bruksanvisningen

Läs den här bruksanvisningen innan du använder Dual Earth Frequency Generator (DEFG) för första gången, eller när du arbetar med den som behörig tekniker. Om du har några frågor, vänligen kontakta Meditech Europe.

Uppmärksamma speciellt kapitlet 2 "Allmänna säkerhetsföreskrifter".

1.1 Allmänt

Instruktionerna i den här bruksanvisningen är avsedda att göra dig bekant med DEFG och för att se till att du kan utnyttja produktens funktioner till fullo.

Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar för säker och korrekt användning av DEFG. Följ anvisningarna för att:

- Undvika farliga situationer
- Undvika reparationskostnader och fel på apparaten
- Förlänga produktens tillförlitlighet och livslängd

Dessa anvisningar måste läsas och tillämpas av alla personer som är behöriga att utföra arbete på DEFG och är över 18 år.

Utöver denna bruksanvisning måste man även följa föreskrifterna för förebyggande av olyckor och miljöskydd som gäller i det aktuella landet och platsen där produkten används.

1.2 Varningsskyltar



Icke-joniserande strålning

Detta innebär att apparaten alstrar lågenergistrålning i form av radiovågor och radiofrekvenser.



2 Allmänna säkerhetsföreskrifter

2.1 Principer

Om du är osäker, kontakta alltid Meditech Europe.

Använd inte DEFG i fuktiga utrymmen. Undvik hetta och värme.

DEFG alstrar frekvenserna 7,83 Hz och 3,92 Hz. Inga rättigheter kan härledas från användningen av DEFG och inga anspråk kan göras med anledning av dess användning. Användningen av DEFG sker helt på användarens egen risk och bekostnad.

Rengöra DEFG: använd en torr trasa. Vid envisa fläckar kan en fuktig trasa användas. Se till att batterihållaren inte blir blöt.

Om du är osäker på hur DEFG ska användas, kontakta alltid Meditech Europe BV på telefonnumret: 0031 (0)527 292331 eller skicka e-post till: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe ansvarar inte för missbruk, felaktig användning eller skador som uppstår om apparaten inte används på sättet som beskrivs i denna bruksanvisning. Vid eventuella tvister gäller nederländsk lag.

2.2 Avsedd användning

Dual Earth Frequency Generator (DEFG) alstrar frekvenserna 7,83 Hz och 3,92 Hz.

2.3 Urval och kvalificering av personal

DEFG tillverkas av Meditech Europe i Emmeloord (NL). Meditech Europe använder endast utbildade och certifierade tillverkare.

2.4 Säkerhetsåtgärder

Använd alltid DEFG på en torr plats.

Se till att DEFG inte kommer i kontakt med värmekällor som eldstäder, gaskaminer, öppen eld m.m.

Om produkten har skadats måste den repareras av Meditech Europe.



2.5 Åtgärder vid nödsituationer

Vid brand måste en brandsläckare som är lämplig för elektronisk utrustning användas.



3 Leveransen omfattar

1x Dual Earth Frequency Generator (DEFG)
2x AAA batterierna



4 Teknisk beskrivning

4.1 Översikt

DEFG alstrar frekvenserna 7,83 Hz och 3,92 Hz.

4.2 Typplåt



Fig. 4.2 Typplåt

Leverantör	: Meditech Europe B.V.
Uppgifter	: Typ och effekt
Partinummer	: Unikt per parti



5 Transport

DEFG bör hanteras varsamt.

5.1 Före transport

Meditech Europe packar DEFG omsorgsfullt när den ska transporteras eller hämtas.

5.2 Transportera apparaten

DEFG ska transporteras i en skyddad förpackning.

5.3 Packa upp apparaten

DEFG bör packas upp försiktigt, utan att använda vassa verktyg. Tappa inte produkten, den är ömtålig.



6 Använda apparaten

6.1 Använda apparaten

Sätt 2 AAA-batterierna.

Undvik startproblem med processorn genom att hålla knappen intryckt när du sätter i batterierna. Om knappen inte trycks in tänds de gula och gröna lamporna båda i cirka en sekund.

7,83 Hz aktivt läge – DEFG använder 7,83 Hz aktivt läge när den gröna lampan blinkar varje halv sekund. Apparaten stannar kvar i detta läge och stängs inte av automatiskt.

3,92 Hz nattläge – Tryck en gång till på knappen och håll den intryckt i minst tre sekunder. Nu blinkar båda lamporna. DEFG är nu inställd på nattläget 3,92 Hz. Efter en halvtimme övergår detta läge till 7,83 Hz aktivt läge.

3,92 Hz nattläge – Tryck en gång till på knappen så att bara den gula lampan blinkar. Nu är 3,92 Hz nattläget aktiverat. Apparaten stängs av efter 30 minuter.

Stänga av – När du trycker på knappen igen blinkar båda lampor om vartannat och enheten stängs av efter en sekund.

Tryck på knappen igen för att slå på DEFG igen med 7,83 Hz aktivt läge aktiverat. Nu blinkar bara den gröna lampan.

6.2 Byta batterier

Lossa skruven på baksidan av DEFG för att byta ut batterierna. Se till att batterierna placeras korrekt med pluspolen + och minuspolen - åt rätt håll. Sätt ihop delarna noggrant och dra åt skruven.



7 Felsökning

Om apparaten inte fungerar enligt stegen i kapitel 6 kan den återställas. Ta ut batterierna från apparaten och börja igen med stegen som beskrivs i kapitel 6.



8 Kassering

Ta kontakt med Meditech Europe för kassering och återvinning av DEFG. Meditech Europe tar gärna emot produkter för kassering och återvinning i enlighet med alla miljöföreskrifter.

Om du som användare vill kassera produkten själv, vänligen följ lokala föreskrifter.



9 Garanti

Meditech Europe erbjuder 2 års garanti för DEFG.

Garantin blir ogiltig om felaktig användning eller skador förekommer.

Meditech Europe ansvarar inte för missbruk, felaktig användning eller skador som uppstår om apparaten inte används på sättet som beskrivs i denna bruksanvisning.

Serviceadress

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Nederländerna

Telefon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



10 EG-försäkran om överensstämmelse



EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna deklaration utfärdas på tillverkarens eget ansvar

TILLVERKARE

Företagsnamn:	Meditech Europe
Gatuadress:	Daalder 14
Postnummer:	8305 BE
Ort:	Emmeloord
Land:	Nederländerna
Person som är behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen:	J. Kraaij/Verkställande direktör

BESKRIVNING OCH IDENTIFIKATION AV MASKINEN

Allmän benämning:	Dual Earth Frequency Generator (DEFG)
Funktion:	Dual Earth Frequency Generator (DEFG) skapar frekvenserna 7,83 Hz och 3,92 Hz.
Typ:	500059
Kommersiellt namn:	Dual Earth Frequency Generator (DEFG)

ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren intygar att ovanstående maskin uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i

RoHS-direktiv 2011/65/EU och delegerat direktiv (EU) 2015/863

Följande harmoniserade standarder, samt, när så är tillämpligt, tekniska standarder och specifikt i ömer används:

EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 /
A1:2011; EN 60335-1:2012 /A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 /AC:2016

Ort: Emmeloord Nederländerna	Namn: R. Frankhuisen Tjänst: Ägare
Datum: 1 februari 2024	Namn-teckning: